

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Оренбургской области»
(ФБУ «Оренбургский ЦСМ»)

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 «Б», тел.:(3532) 333705, факс: (3532) 330076, e-mail: info@orencsm.ru,
регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311228

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 12/2-556-2020

Действительно до
19 октября 2021 г.

Средство измерений Весы лабораторные электронные, MWP, мод. MWP-300H, № 31533-06
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 11MWP0300H0275
в составе _____

номер знака предыдущей поверки _____
поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

В соответствии с приложением к ЭД «Весы лабораторные электронные моделей MW, MWP.
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
Методика поверки»

с применением эталонов: набор гирь, (1-500) мг F₁, № 18226688, 2 разряд;
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер,
набор гирь, (1-500) г F₁, № 18425843, 2 разряд
разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего
перечень влияющих факторов,
воздуха 20,6 °С; относительная влажность воздуха 51,1%; атмосферное давление 100,29 кПа;
напряжение питающей сети 220,1 В; частота питающей сети 50,3 Гц;
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть
пригодным к применению.

Знак поверки:



Начальник отдела _____

должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

подпись

Кройтор Андрей Федорович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель _____

подпись

Папин Артем Павлович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

20 октября 20 20 г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Оренбургской области»
(ФБУ «Оренбургский ЦСМ»)

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 «Б», тел.:(3532) 333705, факс: (3532) 330076, e-mail: info@orencsm.ru,
регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311228

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 12/2-441-2020

Действительно до
25 августа 2021 г.

Средство измерений Весы лабораторные электронные, MW, мод. MWP-300H, № 31533-06
измерительное тело, идентификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 11MWP0300H0046
в составе _____

номер знака предыдущей поверки 19011229195
поверено в полном объеме
измерительное тело, измеритель, функциональные измерители, на которые поверено средство измерений

в соответствии с документом «Весы лабораторные электронные моделей MW, MWP»
идентификация или обязательное документирование, на основании которого выполнена поверка
Методика поверки»

с применением эталонов: набор гирь: (1-500) мг F1 №18226688, 2 разряд; набор гирь: (1-500) г
регистрационный номер и (тип) эталонизации, тип, заводской номер
F1 №18425843, 2 разряд
разряд, класс или погрешности эталонов, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего
критерии отклонения факторов
воздуха 22,7 °С; относительная влажность воздуха 51,4%
указываемый в документе на методологию поверки, с указанием на источник

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
измерение измерителя
пригодным к применению.

Знак поверки:



Начальник отдела
должность, наименование подразделения,
или другая идентификационная информация

Поверитель

Дата поверки
26 августа 20 20 г.

Кроитор Андрей Федорович
должность, имя и отчество (при наличии)

Подколзин Александр Сергеевич
должность, имя и отчество (при наличии)



Корова

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Оренбургской области»
(ФБУ «Оренбургский ЦСМ»)

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 «Б», тел.:(3532) 333705, факс: (3532) 330076, e-mail: info@orencsm.ru,
регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311228

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 12/2-557-2020

Действительно до
19 октября 2021 г.

Средство измерений Весы лабораторные электронные, MWP, мод. MWP-300H, № 31533-06
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 10MWP0300H0417
в составе _____

номер знака предыдущей поверки _____
поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с приложением к ЭД «Весы лабораторные электронные моделей MW, MWP.
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
Методика поверки»

с применением эталонов: набор гирь, (1-500) мг F₁, № 18226688, 2 разряд;
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер,
набор гирь, (1-500) г F₁, № 18425843, 2 разряд
разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего
перечень влияющих факторов,
воздуха 20,6 °С; относительная влажность воздуха 51,1%; атмосферное давление 100,29 кПа;
напряжение питающей сети 220,1 В; частота питающей сети 50,3 Гц;
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть
пригодным к применению.

Знак поверки:



Начальник отдела

должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

подпись

Кройтор Андрей Федорович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Папин Артем Павлович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

20 октября 20 20 г.